

平成29年8月9日

入札説明書等に関する質問書に対する回答書

公 告 日	平成29年8月2日
品 名	簡易型電子線量計システム
質 問 事 項	
<p>別紙 簡易型電子線量計設置地点一覧表 について 最終ページに設置地点の一覧表がありますが、</p> <ul style="list-style-type: none">・各住所における実際の設置場所・設置場所の地面状態（アスファルト・コンクリート・土・砂利等）・引込柱と最寄電柱との距離について <p>情報開示をお願いします。（別紙リスト添付）</p>	
回 答	
<p>簡易型電子線量計の設置予定場所、地面状態については、別紙のとおりです（詳細は写真又は現地で確認してください）。</p> <p>また、引込柱(受注者設置)と最寄電柱（電力事業者所有）との距離については、別紙の簡易型電子線量計の設置予定場所、最寄電柱番号及び電柱の新設要否（電力事業者設置予定）を参考に、現地で確認していただき、それを踏まえた上で、引込柱や中継ポール（共に受注者設置）の必要数を判断してください。</p> <p>※引込柱や中継ポールの設置に関しては、仕様書に記載のとおり県及び関係機関との協議の上、最終的に決定します。</p> <p>※電柱の新設要否（電力事業者設置予定）に関しては、簡易型電子線量計、引込柱等の設置場所によって変更する場合があります、詳細は受注者が電気設備の新増設に係る手続きを行った後に電力事業者と相談の上対応していただくことになります。</p>	